

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN HÒN ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòn Đất, ngày 02 tháng 02 năm 2025

Số: 10/TB-TTYT

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ sử dụng tại
Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định 24/2024/NĐ-CP);


Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15/9/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị Quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-SYT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Sở y tế tỉnh Kiên Giang về việc quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất;

Căn cứ Quyết định số 4975/QĐ – SYT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất có nhu cầu mua sắm các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2025 (Danh mục chi tiết tại Yêu cầu Báo giá đính kèm).



Trung tâm Y tế kính mời các công ty/đơn vị có đủ năng lực cung cấp các mặt hàng trên theo danh mục chi tiết tại Yêu cầu Báo giá và gửi Báo giá về Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất (*từ ngày 03/02/2025 đến trước 15h ngày 17/02/2025*), đồng thời gửi file Scan và excel Báo giá về địa chỉ mail: khoaduochondat@gmail.com. Bảng chào giá của các công ty/đơn vị là cơ sở để Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất xây dựng giá và làm thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành.

- Địa chỉ nơi nhận: Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất; Khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 0945 773 776 - DSCK1 Ngô Đình Được).

- Yêu cầu báo giá:

+ Theo mẫu bảng báo giá đính kèm.

+ Giá chào: Đã bao gồm thuế và các chi phí khác (VND);

+ Đơn vị tính của mặt hàng theo danh mục yêu cầu báo giá;

+ Số lượng bản chào giá: 03 bản chính.

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng Báo giá của quý công ty/đơn vị./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DTTBVTYT.



Trần Hải Toàn

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

(Kèm theo thông báo số: 10 /TB-TTYT ngày 05 tháng 02 năm 2025)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất; Địa chỉ: Khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DSK1 Ngô Đình Được, chức vụ, Trưởng Khoa Dược - TTB - VTYT, số điện thoại : 0945 773 776 , địa chỉ email: khoaduochondat@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: *Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất; Địa chỉ: Khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.* (đồng thời gửi file Scan và excel báo giá về địa chỉ mail: khoaduochondat@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 03 tháng 02 năm 2025 đến trước 15h ngày 17 tháng 02 năm 2025⁽²⁾. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 210 ngày , kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục

a. Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế sử dụng 12 tháng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2025 (Gồm 09 mặt hàng)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị
1	Găng tay khám có bột các cỡ	- Găng tay được sản xuất bằng cao su tự nhiên, có màu trắng tự nhiên, có phủ bột đạt tiêu chuẩn, không gây kích ứng da, thuận cho cả hai tay trái và phải, đàn hồi tốt. - Chiều dài tối thiểu 240mm - Độ dày (đơn lớp) tối thiểu vùng ngón tay: 0.11mm±0.02 - Độ dày (đơn lớp) tối thiểu lòng bàn tay: 0.10mm±0.02 - Độ dẫn đứt tối thiểu trước/sau lão hóa: 650%/500%. - Lực căng kéo dài tối thiểu trước/sau lão hóa:	200.000	Đôi

		18MPa/14MPa - Lượng bột tối đa 10mg/dm - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)		
2	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	Găng phẫu thuật tiệt trùng, dùng trong y tế, nguyên liệu: Cao su tự nhiên Latex, bề mặt nhám toàn bộ mặt bên ngoài găng, với đầy đủ các số. - Đặc tính kỹ thuật: Hàm lượng bột: 10mg/dm ² Hàm lượng protein: 200µg/dm ² Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min Sau lão hóa: 18Mpa min + Kích thước chiều rộng bàn tay: 6.5: 83±5 mm, 7.0: 89 ± 5 mm, 7.5: 95 ± 5 mm. + Chiều dài: 285+/-5mm + Chiều dày 1 lớp: 0,15÷0,20 - Đạt tiêu chuẩn: ISO ISO 13485, Tiệt trùng với khí Ethylene Oxide (EO) - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	20.000	Đôi
3	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên, có cánh, có cửa, các loại các cỡ	Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên các cỡ 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, dễ lấy ven và giảm đau. - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng. - Ống catheter làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim giúp dễ dàng lấy ven, gây tổn thương ít, ít đau. - Kim có cổng bơm thuốc bỏ xung, nắp đậy bật rẽ dàng. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven . - Khử trùng bằng khí EO(Ethylene Oxide). - Thời gian lưu kim 96 giờ. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	20.000	Cây/cái
4	Lọ lấy đàm	- Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn, có nắp đậy, dung tích từ 50ml – 60ml. - Kích thước: chiều cao từ 50 - 60mm, đường kính từ 30 - 40mm. - Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	10.000	Lọ/cái
5	Turbin sử dụng 1 lần cho máy đo chức năng hô hấp	- Turbin sử dụng 1 lần tương thích máy đo chức năng hô hấp Spirolab/ Mĩr- Ý - Mỗi Turbin được đóng gói tiệt trùng riêng từng sản phẩm - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	300	Cái/bộ

6	Buồng đệm khí dung	- Là một thiết bị hình ống, có van 1 chiều, Có mặt nạ người lớn và trẻ em kèm theo tiện lợi khi hít thuốc. Buồng đệm cho phép bệnh nhân có thể hít thở bình thường trong quá trình xịt thuốc mà không cần phải phối hợp với động tác tay. - Chất liệu: ABS, an toàn khi dùng. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	10	Cái/bộ
7	Lưỡi dao đốt điện đơn cực	Lưỡi dao đốt điện đơn cực tương thích với Dao mổ điện Force FX/ Covidien/ Mỹ . Tiệt trùng EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	10	Cái
8	Bao Garo Hơi Bấp Tay các cỡ	Bao Garo Hơi Bấp Tay các cỡ sử dụng cho máy hút dịch liên tục áp lực thấp Constant 1400/ Sharp (Shin-Ei)/ Nhật. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	5	Cái
9	Kim khâu tròn các số	Kim khâu tròn sử dụng cho sản khoa các số. Được làm bằng thép không gỉ phủ silicone, mũi kim sắc bén. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	20	Cây/cái
Tổng cộng: 09 khoản				

b. Gói thầu: Mua sắm hóa chất sử dụng 06 tháng năm 2025 tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất trong thời gian chờ đấu thầu tiếp theo (Gồm 03 mặt hàng)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị
01	Điện giải đồ Na/K/Cl/Ca	400 ml Standard A+ 150 ml Standard B + Reference, 200ml. Đạt ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	Hộp	12
02	Test HAV IgM	Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan A. Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn phần Độ nhạy: $\geq 90,6\%$. Độ đặc hiệu: $\geq 97,6\%$. Đạt ISO 13485:2016 (như mô tả hoặc tương đương)	Test	600
03	Test Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện (Mor, MDMA, Met, THC) trong nước tiểu.	Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. Ngưỡng phát hiện: + Morphine: ≤ 300 ng/ml + MDMA: ≤ 500 ng/ml + Methamphetamine: ≤ 500 ng/ml + THC: ≤ 50 ng/ml Độ nhạy: $\geq 99,8\%$. Độ đặc hiệu: $\geq 99,6\%$ Đạt ISO 13485:2016 (như mô tả hoặc tương đương)	Test	600

c. Gói thầu: Mua sắm y dụng cụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2025 (Gồm 33 mặt hàng)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Kelly thẳng không máu 16cm	Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, thẳng không máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	20	Cái
2	Nhíp có máu 16cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, có máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	10	Cái
3	Kéo đầu nhọn 16cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	10	Cái
4	Kẹp sát khuẩn sản khoa 25cm	Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho sản khoa, kích thước 25cm, thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương).	5	Cái
5	Kẹp cổ tử cung 25 cm	Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho sản khoa, kích thước 25cm, thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương).	5	Cái
6	Kéo cắt gạc 16cm	Chất liệu: Thép không rỉ, kích thước 16cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	10	Cái
7	Cân trẻ sơ sinh	Cân có vạch chia và số hiển thị được in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng, tiện lợi cho người sử dụng khi đọc kết quả đo lường. Ngoài ra, lò xo được làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện đảm bảo tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen. Mặt kính cân được làm bằng nhựa PC trong suốt, rất dễ quan sát. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	3	Cái
8	Cây treo dịch truyền	Chất liệu: Inox 304 Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m Trụ inox ~25.4 x 1.0 mm Chân inox hộp 30 x 60 mm 04 bánh xe nhựa ~ 50 mm có khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	20	Cái

9	Máy hủy kim	Thiết bị an toàn và phá hủy nhanh, kim tiêm được phá hủy bằng cách làm cho nóng chảy. - Cặp điện cực hợp kim làm kim tiêm nóng chảy. - Dự phòng sẵn khay có thể tháo ra được cho các kim tiêm đã được hủy. - Máy với công tắc tắt/bật, đèn chỉ dẫn và cầu chì bảo vệ. - Dây nguồn thích hợp với ổ cắm. - Lỗ hủy kim: Ø5mm - Nguồn điện cung cấp: 220V +10%, 50Hz AC - Kích thước máy: Dài 18cm, rộng 14cm, cao 7cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	14	Cái
10	Kéo đầu nhọn 20cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không gỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 20cm, đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	28	Cái
11	Kẹp mang kim dài 16cm	Kẹp mang kim, dài 16cm, Dùng để giữ, cố định kim khi thực hiện khâu sau khi phẫu thuật. Chất liệu: Được làm từ thép không gỉ an toàn chuyên dùng cho y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
12	Khây hạt đậu 400ml	Khây hạt đậu được dùng trong y tế; Chất liệu: Inox 304; Kích thước: 21x11x3.5cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
13	Khây hạt đậu 800ml	Khây hạt đậu được dùng trong y tế; Chất liệu: Inox 304; Kích thước: 25.5x11x4.5cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
14	Chén chum y tế inox 100ml	Chén inox được dùng trong y tế, chuyên đựng dung dịch để tắm gòn...Chất liệu: inox 304; Đường kính: 8cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
15	Kéo đầu nhọn 10cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không gỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 10cm, đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	28	Cái
16	Giá câu VS	Chất liệu: Inox 304, dùng làm giá đỡ Pipet thủy tinh sử dụng trong xét nghiệm máu lắng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	2	Cái

17	Pipet thủy tinh 2ml	Pipet thẳng chia vạch dung tích: 2ml. Chất liệu: Thủy tinh; Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng; Màu vạch chia: Đen, chia từ trên đỉnh; Độ chính xác: $\leq 0.01\text{ml}$; Độ chia nhỏ nhất: $\leq 0.02\text{ml}$; Chiều dài: $\leq 360\text{mm}$; Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS; Thời gian chảy: ≤ 5 giây; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	3	Cái
18	Máy châm cứu	Cấu Hình: Bút thử 1 cái; Bộ dây điện cũ (1 đầu kẹp) 1 bộ; Miếng cao su dẫn điện 10 chiếc; Miếng cao su tự dính 2 chiếc; - Tính năng: có chức năng dò huyết; Hẹn giờ 60 phút; Cảnh báo bằng âm thanh; Dùng nguồn điện trực tiếp hoặc pin sạc lắp trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái
19	Ấm sắc thuốc	Dung Tích: 2,8 lít - 3,2 lít có ngăn thoát hơi nước; Chất liệu chủ yếu làm từ gốm, sắc được nhiều loại thuốc bắc, thuốc nam, thuốc lá; Điện Áp: 220V/50Hz; Công Suất: $\geq 420\text{w}$; Công suất tỏa nhiệt: $\geq 250\text{ml/h}$; Tự động tắt khi sau khi sắc thuốc xong; Phát âm thanh báo sau khi sắc thuốc xong; Tự động hâm nóng khi nước thuốc nguội. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái
20	Đèn hồng ngoại	Có thiết kế cổ ngỗng để linh hoạt mọi góc độ chiếu rọi vào cơ thể, hướng bức xạ hồng ngoại dễ dàng vào vùng cơ thể chiếu rọi. Khoảng cách từ đèn đến người từ 30cm-80cm, tránh tiếp xúc quá gần để gây bỏng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái
21	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	- Trọng lượng đo: 0.5 kg - 120kg, Sai số cho phép: $\pm 500\text{g}$ - Đo chiều cao: 70cm – 190cm; Phân chia tối thiểu: 0,5cm; Sai số cho phép: $\pm 0,5\text{cm}$; - Kích thước mặt bàn cân: 28x38cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	7	Cái
22	Máy phun khí dung	Tốc độ đầu ra khí dung: 0,109ml/ phút. Tốc độ xông hiệu quả: $\geq 0,3\text{ml/ phút}$. Đầu ra khí dung: $\leq 0,517\text{ml}$. Kích thước hạt sương: $\leq 4,56\mu\text{m}$. Dung tích cốc thuốc: 7ml - 10ml. Nguồn điện: 220V - 240V / 50Hz Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái

23	Xe tiêm thuốc 2 tầng	Chất liệu: Inox 304 dày $\geq 0.8\text{mm}$, bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 750x500x900 mm; Khung xe dày 25x1 mm; 4 bánh xe cao su đường kính $\geq 65 \times 25\text{mm}$, trong đó 2 bánh có khóa; Xe có 2 ngăn kéo, tay nắm ngăn kéo bằng inox. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	5	Cái
24	Kẹp chấp mắt (nhỏ)	Kẹp chấp mắt, làm bằng thép không rỉ, chịu nhiệt và độ chính xác cao, an toàn chuyên dùng cho y tế. Kích thước: dài 8.5cm - 9,7cm. Đường kính đĩa trên 8mm - 12mm. Đường kính đĩa dưới 10mm - 15mm. Có khóa định vít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	4	Cái
25	Bàn tiểu phẫu kèm nệm	Chất liệu: Inox 304 dày $\geq 0.8\text{mm}$, bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 600 x 750 mm. Khung bàn bằng ống inox tròn $\geq 25 \times 1.2\text{mm}$. Thanh chống 2 đầu để điều chỉnh độ cao bằng cây inox đặc ≥ 12 . Có các nấc chỉnh góc độ nâng (từ - 300 đến + 600). Dàn khung chân inox phi ≥ 31.8 . Nệm ruột mút xốp dày 5cm bọc simili giả da, chia làm 3 phần: phần gối đầu, phần thân và phần chân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	1	Cái
26	Bàn rửa dạ dày	Chất liệu: Inox 304 dày $\geq 0.8\text{mm}$, bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 600 x 750 mm. Khung bàn bằng ống inox tròn $\geq 25 \times 1.2\text{mm}$. Thanh chống 2 đầu để điều chỉnh độ cao bằng cây inox đặc ≥ 12 . Có các nấc chỉnh góc độ nâng (từ - 300 đến + 600). Dàn khung chân inox phi ≥ 31.8 . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	1	Cái
27	Cân sức khỏe	Cân có vạch chia và số hiển thị được in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng , tiện lợi cho người sử dụng khi đọc kết quả đo lường. Ngoài ra, lò xo được làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện đảm bảo tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen. Mặt kính cân được làm bằng nhựa PC trong suốt, rất dễ quan sát. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	7	Cái

28	Kéo Metzenbaum thẳng	Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	Cây/ cái	8
29	Kéo Metzenbaum cong	Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, cong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	Cây/ cái	8
30	Banh Retractor	Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).		
31	Banh Farabeuf các cỡ	Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, các cỡ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	Cây/ cái	5
32	Cây thông lòng máng	Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, thân có lòng máng, đuôi cánh bướm sử dụng để bộc lộ tĩnh mạch. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	Cây/ cái	3
33	Gu găm xương	Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 18cm, cong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	Cây	01

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Hàng hoá được giao tại kho Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ khi nhận được đơn đặt hàng của đơn vị sử dụng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng. Không tạm ứng

Thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản theo từng đợt, thời gian thanh toán 06 tháng kể từ khi nhà thầu giao hàng và Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán

Mẫu báo giá**Các Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, y dụng cụ sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2025***(Kèm theo thông báo số: 10 /TB-TTYT, ngày 03 tháng 02 năm 2025)***BÁO GIÁ⁽¹⁾****Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện hòn Đất**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện hòn Đất, chúng tôi *[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế, hóa chất và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục VTYT/ Hóa chất/ y dụng cụ ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)	Tính năng, thông số kỹ thuật
1											
2											
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm ... *[ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.