

SỞ Y TẾ KIÊN GIANG
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN HÒN ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòn Đất, ngày 06 tháng 9 năm 2024

Số: 117 /TB-TTYT

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá các mặt hàng y dụng cụ Y tế
sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị Quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 13/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-SYT ngày 02/10/2018 của Sở y tế tỉnh Kiên Giang về việc quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất;

Căn cứ Quyết định số 4377/QĐ – SYT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang về việc giao ngân sách nhà nước năm 2024 cho Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất;

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất có nhu cầu mua sắm các mặt hàng y dụng cụ Y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2024 (Danh mục chi tiết tại Yêu cầu Báo giá đính kèm).

Trung tâm Y tế kính mời các công ty/đơn vị có đủ năng lực cung cấp các mặt hàng trên theo danh mục chi tiết tại Yêu cầu Báo giá và gửi Báo giá về Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất (từ ngày 06/9/2024 đến trước 15h ngày 16/9/2024), đồng thời gửi file Scan và excel Báo giá về địa chỉ mail: khoaduochondat@gmail.com. Bảng chào giá của các công ty/đơn vị là cơ sở để Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất xây dựng giá và làm thủ tục đấu thầu theo quy định hiện hành.

- Địa chỉ nơi nhận: Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất; Khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (Điện thoại: 0945 773 776 - DSCK1 Ngô Đình Được).

- Yêu cầu báo giá:

+ Theo mẫu bảng báo giá đính kèm.

- + Giá chào: Đã bao gồm thuế và các chi phí khác (VND);
- + Đơn vị tính của mặt hàng theo danh mục yêu cầu báo giá;
- + Số lượng bản chào giá: 03 bản chính.

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất rất mong nhận được sự quan tâm và Bảng Báo giá của quý công ty/đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DTTBVTYT.

K/ **GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Hải Toàn

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

(Kèm theo thông báo số: 117 /TB-TTYT ngày 06 tháng 9 năm 2024)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu: Mua sắm y dụng cụ Y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất; Địa chỉ: Khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: DSK1 Ngô Đình Được, chức vụ, Trưởng Khoa Dược - TTB - VTYT, số điện thoại : 0945 773 776 , địa chỉ email: khoaduochondat@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất; Địa chỉ: Khu phố Chòm Sao, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. (đồng thời gửi file Scan và excel báo giá về địa chỉ mail: khoaduochondat@gmail.com).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 06 tháng 9 năm 2024 đến trước 15h ngày 16 tháng 9 năm 2024⁽²⁾. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày , kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:**1. Danh mục**

a. Gói thầu: Mua sắm y dụng cụ Y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất năm 2024 (Gồm 27 mặt hàng/ Phần (lô))

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Kelly thẳng không máu 16cm	Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, thẳng không máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	20	Cái
2	Nhíp có máu 16cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, có máu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	10	Cái
3	Kéo đầu nhọn 16cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 16cm, đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	10	Cái

4	Kẹp sát khuôn sản khoa 25cm	Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho sản khoa, kích thước 25cm, thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương).	5	Cái
5	Kẹp cổ tử cung 25 cm	Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho sản khoa, kích thước 25cm, thẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương).	5	Cái
6	Kéo cắt gạc 16cm	Chất liệu: Thép không rỉ, kích thước 16cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	10	Cái
7	Cân trẻ sơ sinh	Cân có vạch chia và số hiển thị được in bằng kỹ thuật cao, rõ nét. Các vạch hiển thị được phân chia rõ ràng, tiện lợi cho người sử dụng khi đọc kết quả đo lường. Ngoài ra, lò xo được làm bằng thép Carbon tiêu chuẩn, được nhiệt luyện đảm bảo tính đàn hồi, áo phủ chống gỉ bằng công nghệ mạ Nikel hoặc nhuộm đen. Mặt kính cân được làm bằng nhựa PC trong suốt, rất dễ quan sát. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	3	Cái
8	Cây treo dịch truyền	Chất liệu: Inox 304 Chiều cao (điều chỉnh được): 1.0 - 1.8 m Trụ inox ~25.4 x 1.0 mm Chân inox hộp 30 x 60 mm 04 bánh xe nhựa ~ 50 mm có khóa Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	20	Cái
9	Máy hủy kim	Thiết bị an toàn và phá hủy nhanh, kim tiêm được phá hủy bằng cách làm cho nóng chảy. - Cặp điện cực hợp kim làm kim tiêm nóng chảy. - Dự phòng sẵn khay có thể tháo ra được cho các kim tiêm đã được hủy. - Máy với công tắc tắt/bật, đèn chỉ dẫn và cầu chì bảo vệ. - Dây nguồn thích hợp với ổ cắm. - Lỗ hủy kim: Ø5mm - Nguồn điện cung cấp: 220V +10%, 50Hz AC - Kích thước máy: Dài 18cm, rộng 14cm, cao 7cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	14	Cái
10	Kéo đầu nhọn 20cm	'Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 20cm, đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	28	Cái

11	Kẹp mang kim dài 16cm	Kẹp mang kim, dài 16cm, Dùng để giữ, cố định kim khi thực hiện khâu sau khi phẫu thuật. Chất liệu: Được làm từ thép không gỉ an toàn chuyên dùng cho y tế. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
12	Khây hạt đậu 400ml	Khây hạt đậu được dùng trong y tế; Chất liệu: Inox 304; Kích thước: 21x11x3.5cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
13	Khây hạt đậu 800ml	Khây hạt đậu được dùng trong y tế; Chất liệu: Inox 304; Kích thước: 25.5x11x4.5cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
14	Chén chum y tế inox 100ml	Chén inox được dùng trong y tế, chuyên đựng dung dịch để tắm gội... Chất liệu: inox 304; Đường kính: 8cm; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	28	Cái
15	Kéo đầu nhọn 10cm	Chất liệu: Được làm từ thép không gỉ an toàn chuyên dùng cho y tế, kích thước 10cm, đầu nhọn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	28	Cái
16	Giá câu VS	Chất liệu: Inox 304, dùng làm giá đỡ Pipet thủy tinh sử dụng trong xét nghiệm máu lắng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương).	2	Cái
17	Pipet thủy tinh 2ml	Pipet thẳng chia vạch dung tích: 2ml. Chất liệu: Thủy tinh; Thang chia vạch rõ ràng, dễ đọc, độ chính xác cao. Dùng khi lấy mẫu, đo chính xác đến vạch cuối cùng; Màu vạch chia: Đen, chia từ trên đỉnh; Độ chính xác: $\leq 0.01\text{ml}$; Độ chia nhỏ nhất: $\leq 0.02\text{ml}$; Chiều dài: $\leq 360\text{mm}$; Ống hút thẳng pipette, chia vạch, loại AS; Thời gian chảy: ≤ 5 giây; Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	3	Cái
18	Máy châm cứu	Cấu Hình: Bút thử 1 cái; Bộ dây điện cũ (1 đầu kẹp) 1 bộ; Miếng cao su dẫn điện 10 chiếc; Miếng cao su tự dính 2 chiếc; - Tính năng: có chức năng dò huyết; Hẹn giờ 60 phút; Cảnh báo bằng âm thanh; Dùng nguồn điện trực tiếp hoặc pin sạc lắp trong. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái
19	Ấm sắc thuốc	Dung Tích: 2,8 lít - 3,2 lít có ngăn thoát hơi nước; Chất liệu chủ yếu làm từ gốm, sắc được nhiều loại thuốc bắc, thuốc nam, thuốc lá; Điện Áp: 220V/50Hz; Công Suất: $\geq 420\text{w}$; Công suất tỏa nhiệt: $\geq 250\text{ml/h}$; Tự động tắt khi sau khi sắc thuốc xong; Phát âm thanh báo sau khi sắc thuốc xong; Tự động hâm nóng khi nước thuốc nguội. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái

20	Đèn hồng ngoại	Có thiết kế cổ ngỗng để linh hoạt mọi góc độ chiếu rọi vào cơ thể, hướng bức xạ hồng ngoại dễ dàng vào vùng cơ thể chiếu rọi. Khoảng cách từ đèn đến người từ 30cm-80cm, tránh tiếp xúc quá gần để gây bỏng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái
21	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	- Trọng lượng đo: 0.5 kg - 120kg, Sai số cho phép: $\pm 500g$ - Đo chiều cao: 70cm – 190cm; Phân chia tối thiểu: 0,5cm; Sai số cho phép: $\pm 0,5cm$; - Kích thước mặt bàn cân: 28x38cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	7	Cái
22	Máy phun khí dung	Tốc độ đầu ra khí dung: 0,109ml/ phút. Tốc độ xông hiệu quả: $\geq 0,3ml/$ phút. Đầu ra khí dung: $\leq 0,517ml$. Kích thước hạt sương: $\leq 4,56\mu m$. Dung tích cốc thuốc: 7ml - 10ml. Nguồn điện: 220V - 240V / 50Hz Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	15	Cái
23	Xe tiêm thuốc 2 tầng	Chất liệu: Inox 304 dày $\geq 0.8mm$, bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 750x500x900 mm; Khung xe dày 25x1 mm; 4 bánh xe cao su đường kính $\geq 65 \times 25mm$, trong đó 2 bánh có khóa; Xe có 2 ngăn kéo, tay nắm ngăn kéo bằng inox. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	3	Cái
24	Kẹp chấp mắt (nhỏ)	Kẹp chấp mắt, làm bằng thép không rỉ, chịu nhiệt và độ chính xác cao, an toàn chuyên dùng cho y tế. Kích thước: dài 8.5cm - 9,7cm. Đường kính đĩa trên 8mm - 12mm. Đường kính đĩa dưới 10mm - 15mm. Có khóa định vít. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	2	Cái
25	Bàn tiểu phẫu kèm nệm	Chất liệu: Inox 304 dày $\geq 0.8mm$, bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 600 x 750 mm. Khung bàn bằng ống inox tròn $\geq 25 \times 1.2mm$. Thanh chống 2 đầu để điều chỉnh độ cao bằng cây inox đặc ≥ 12 . Có các nấc chỉnh góc độ nâng (từ - 300 đến + 600). Dàn khung chân inox phi ≥ 31.8 . Nệm ruột mút xốp dày 5cm bọc simili giả da, chia làm 3 phần: phần gối đầu, phần thân và phần chân. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	1	Cái

26	Bàn rửa dạ dày	Chất liệu: Inox 304 dày $\geq 0.8\text{mm}$, bóng đẹp, không bị nhiễm từ, có độ bền cơ học cao; Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 1900 x 600 x 750 mm. Khung bàn bằng ống inox tròn $\geq 25 \times 1.2\text{mm}$. Thanh chống 2 đầu để điều chỉnh độ cao bằng cây inox đặc ≥ 12 . Có các nấc chỉnh góc độ nâng (từ - 300 đến + 600). Dàn khung chân inox phi ≥ 31.8 . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 (như mô tả hoặc tương đương)	1	Cái
27	Tay dao đốt điện đơn cực	Tay dao 3 châu, 2 nút bấm, dây dài 3m, kèm đầu dao. Thiết kế dạng thân lục giác chống trượt, tránh đầu điện cực bị quay khi sử dụng. Nút bấm mềm để kích hoạt. Tương thích với Dao mổ điện Force FX/ Covidien/ Mỹ . Tiết trùng EO. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE (như mô tả hoặc tương đương)	10	Cái

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Hàng hoá được giao tại kho Dược - TTB - VTYT, Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 72 giờ khi nhận được đơn đặt hàng của đơn vị sử dụng (Trong vòng 03 tháng).

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng. Không tạm ứng

Thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán bằng chuyển khoản theo từng đợt, thời gian thanh toán 03 tháng kể từ khi nhà thầu giao hàng và Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất nhận đầy đủ hồ sơ thanh toán

Mẫu báo giá

Các Gói thầu: Mua sắm y dụng cụ Y tế sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Đông năm 2024

(Kèm theo thông báo số: *117* /TB-TTYT, ngày *06* tháng 9 năm 2024)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hòa Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hòa Đông, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các Vật tư y tế, hóa chất và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của vật tư y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹²⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.